Nouveau

UrgoStart

NOSF - Healing Matrix TLC Accelerate

Pansement absorbant micro-adhérent avec TLC-NOSF

UrgoStart

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	*Nombre UCD*	*Nombre boîtes*
550246	Petit : 6 x 6 cm	16	288	18
550249	Standard : 13 x 12 cm	16	64	4
550252	Grand : 15 x 20 cm	16	64	4
550254	Talon : 12 x 19 cm	16	64	4

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

Lire attentivement la notice

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

UrgoStart

DESCRIPTION

COMPOSITION : **UrgoStart** est un pansement matriciel absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC-Contact), innovation exclusive des Laboratoires URGO.
La technologie TLC-Contact facilite la pose, le positionnement et le retrait atraumatique du pansement grâce à ses propiétés de micro-adhérence.
UrgoStart est un pansement matriciel absorbant micro-adhérent non adhésif, non occlusif, composé :

- d'une matrice lipido-colloïde micro-adhérente constituée d'une formulation polymérique, de particules de carboxyméthylcellulose et de NOSF déposée sur une compresse de mousse de polyuréthane absorbante,
- d'un support protecteur non-tissé en polyuréthane élastique.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

- Au contact des exsudats de la plaie, la Technologie Lipido-Colloïde (TLC-Contact) combinée au NOSF confère à la matrice, des propriétés spécifiques favorisant un processus de cicatrisation optimal.
- La TLC-Contact, grâce aux particules hydrocolloides, se gélifie et forme un film lipido-colloïde qui crée un milieu humide favorable au processus de cicatrisation pour que s'exerce l'action des cellules clés (fibroblastes, kératinocytes, macrophages) impliquées dans le processus de réparation.
- Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) apporte des propriétés complémentaires à la Technologie Lipido-Colloïde : au contact des exsudats de la plaie le NOSF forme un gel qui se lie préférentiellement aux zones lésées et interagit avec le micro-environnement de la plaie en limitant l'action néfaste des Métallo-Protéases Matricielles (MMP).
- La combinaison TLC-NOSF permet de rétablir les conditions favorables au bourgeonnement des plaies chroniques pour lesquelles un déséquilibre métabolique par excès de Métallo Protéases entraîne une dégradation continue de la matrice extra-cellulaire et un retard de cicatrisation.
- La compresse de mousse polyuréthane absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau peri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
- Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une bonne conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement facilite les soins infirmiers en termes de praticité et d'observance du traitement. Il peut être posé sous compression élastique ou inélastique grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

INDICATIONS

UrgoStart est indiqué dans le traitement des plaies chroniques exsudatives (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique, plaies aiguës chronicisées).
La forme **UrgoStart Talon** est recommandée dans le traitement des plaies chroniques exsudatives localisées au talon (escarres talonnières...).

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel puis rincer au sérum physiologique.
- UrgoStart peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, en cas de nécessité la taille du pansement à la plaie.
- Appliquer le pansement **UrgoStart**

Forme Standard

- Retirer les ailettes de protection
- Appliquer la face micro-adhérente du pansement **UrgoStart** sur la plaie
- Maintenir le pansement avec une bande de fixation type **Nylex® Fix** ou un filet de maintien.
- Appliquer sur le pansement une bande de compression lorsque celle ci est prescrite.

Forme Talon

- Le pansement a la forme d'une flèche. Retirer l'ailette centrale et positionner la flèche vers l'avant du pied. Placer le talon au centre de la face micro-adhérente du pansement (partie rétrécie de la flèche).
- Fixer la partie postérieure de la flèche au niveau du tendon d'achille. Enlever les ailettes latérales et appliquer soigneusement les parties latérales du pansement de part et d'autre du pied.
- Maintenir le pansement avec une bande de fixation type **Nylex® Fix** ou un filet de maintien.

Renouvelement du pansement :

- Les pansements **UrgoStart** (forme standard ou talon) seront renouvelés tous les 2 à 4 jours en moyenne et pourront être laissés en place jusqu'à 7 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. La durée de traitement recommandée est de 4 à 5 semaines maximum.

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

UrgoStart

CONSEILS D'UTILISATION

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- La masse lipido-colloïde micro-adhérente d'UrgoStart adhère aux gants chirurgicaux en latex, aussi est-il recommandé de manipuler le produit en évitant le contact avec la face enduite ou en utilisant des pinces stériles.
- En présence d'une plaie présentant des signes de colonisation bactérienne importante, il est conseillé de traiter préalablement la composante bactérienne avant d'initialiser le traitement par UrgoStart.
- Dans le cas d'un ulcère atypique présentant une induration ou un excès de bourgeonnement localisés, le traitement par UrgoStart ne sera initialisé qu'après avoir vérifié l'absence de dégénérescence de l'ulcère afin de ne pas en retarder le diagnostic
- Des sensations éventuelles de picotements voire de sensations douloureuses ont été rapportées principalement en début de traitement avec UrgoStart. En rapport avec l'activité du produit sur la reprise du processus cicatriciel, celles-ci ne justifient que rarement la suspension du traitement.
- En l'absence de données cliniques dans les plaies aiguës non compliquées et dans le cadre de l'Epidermolyse Bulleuse quelle que soit son ancienneté, l'utilisation d'UrgoStart n'est pas recommandée
- Ne pas restériliser le pansement.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker le pansement UrgoStart à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C)

CONTRE INDICATIONS :

Au risque d'en retarder la prise en charge adaptée,

- Plaies cancéreuses,
- Plaies fistuleuses révélatrices d'une abcédation profonde,

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).
* Avis consultable sur www.has-sante.fr

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

UrgoStart
Non-Adherent

Pansement absorbant avec TLC-NOSF

UrgoStart

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l'emploi

CODE	DIMENSIONS	PRÉSENTATION	GROUPAGE	
		Nombre UCD/Boîte	*Nombre UCD*	*Nombre boîtes*
506456	Petit : 6 x 6 cm	16	128	8
506457	Standard : 13 x 12 cm	16	128	8
506458	Grand : 15 x 20 cm	16	32	2

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

Lire attentivement la notice

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*

UrgoStart Non-Adherent

DESCRIPTION

Pansement matriciel composé d'une interface imprégnée de TLC-NOSF associée à une mousse absorbante.

COMPOSITION : **UrgoStart Non-Adhérent** est un pansement matriciel absorbant issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), non adhésif, semi-perméable, composé de 3 couches :

- une matrice lipido-colloïde constituée d'une trame polyester enduite d'une formulation polymérique, de particules de CMC, de vaseline et de NOSF,
- une compresse de mousse de polyuréthane absorbante,
- un support protecteur en polyuréthane.

PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l'emploi.

MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES

Au contact des exsudats de la plaie, la Technologie Lipido-Colloïde combinée au NOSF confère à la matrice, des propriétés spécifiques favorisant un processus de cicatrisation optimal.

- La TLC, grâce aux particules hydrocolloides, se gélifie et forme un film lipido-colloïde qui crée un milieu humide favorable au processus de cicatrisation pour que s'exerce l'action des cellules clés (fibroblastes, kératinocytes, macrophages) impliquées dans le processus de réparation.
- Le NOSF (Nano-OligoSaccharide Factor) apporte des propriétés complémentaires à la Technologie Lipido-Colloïde : au contact des exsudats de la plaie le NOSF forme un gel qui se lie préférentiellement aux zones lésées et interagit avec le micro-environnement de la plaie en limitant l'action néfaste des Métallo-Protéases Matricielles (MMP).
- La combinaison TLC-NOSF permet de rétablir les conditions favorables au bourgeonnement des plaies chroniques pour lesquelles un déséquilibre métabolique par excès de Métallo-Protéases entraîne une dégradation continue de la matrice extra-cellulaire et un retard de cicatrisation.
- La compresse de mousse polyuréthane absorbante assure un drainage optimal des exsudats, protégeant la peau peri-lésionnelle de tout phénomène de macération.
- Le support est souple, conformable et très confortable ; il permet une bonne conformabilité du pansement aux reliefs anatomiques de la plaie.
- Le pansement peut être posé sous compression élastique ou inélastique grâce à la rétention des exsudats dans le pansement.

INDICATIONS

UrgoStart Non-Adhérent est indiqué dans le traitement des plaies chroniques exsudatives (ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique plaies aiguës chronicisées).
En raison du caractère non adhésif du pansement, **UrgoStart Non-Adhérent** est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

CONSEILS D'UTILISATION

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soin habituel puis rincer au sérum physiologique.
- **UrgoStart Non-Adhérent** peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, en cas de nécessité la taille du pansement à la plaie.
- Appliquer le pansement **UrgoStart Non-Adhérent** sur la plaie après retrait des ailettes de protection.
- Maintenir **UrgoStart Non-Adhérent** en place à l'aide d'une bande de fixation type Nylex® Fix.
- Appliquer sur le pansement une bande de compression lorsque celle ci est prescrite.
- Renouveler UrgoStart tous les 2 à 4 jours en moyenne, et pourra être laissé en place jusqu'à 7 jours en fonction du volume des exsudats et de l'état clinique de la plaie. La durée de traitement recommandée est de 4 à 5 semaines.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- En présence d'une plaie présentant des signes de colonisation bactérienne importante, il est conseillé de traiter préalablement la composante bactérienne avant d'initialiser le traitement par **UrgoStart Non-Adhérent**.
- Dans le cas d'un ulcère atypique présentant une induration ou un excès de bourgeonnement localisés, le traitement par **UrgoStart Non-Adhérent** ne sera initialisé qu'après avoir vérifié l'absence de dégénérescence de l'ulcère afin de ne pas en retarder le diagnostic
- Des sensations éventuelles de picotements voire de sensations douloureuses ont été rapportées principalement en début de traitement avec **UrgoStart Non-Adhérent**. En rapport avec l'activité du produit sur la reprise du processus cicatriciel, celles-ci ne justifient que rarement la suspension du traitement.
- En l'absence de données cliniques dans les plaies aiguës non compliquées et dans le cadre de l'Epidermolyse Bulleuse quelle que soit son ancienneté, l'utilisation d'**UrgoStart Non-Adhérent** n'est pas recommandée.
- Ne pas restériliser le pansement.
- Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- Stocker le pansement **UrgoStart Non-Adhérent** à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C).

CONTRE INDICATIONS :

Plaies réfractaires à la cicatrisation, au risque d'en retarder la prise en charge adaptée :

- Plaies cancéreuses,
- Plaies fistuleuses révélatrices d'une abcédation profonde.

STATUT REGLEMENTAIRE

Dispositif médical Classe IIb (GMed).
Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %) dans le traitement de l'ulcère de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse, en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel).
* Avis consultable sur www.has-sante.fr

* Cicatriser avec vous, pour vous Fabricant : Laboratoires URGO

URGO MEDICAL
HEALING PEOPLE®*